

Pytanie do Zapytania Ofertowego – Współrzędnościowa maszyna pomiarowa

W dniu 12.10.2016 r. Zamawiający otrzymał pytania dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 28.09.2016 r. z przedmiotem zamówienia „Dostawa fabrycznie nowej współrzędnościowej maszyny pomiarowej z wyposażeniem z uwzględnieniem kosztów dostawy oraz wdrożenia do użytkowania”, które przedstawiamy poniżej wraz z odpowiedziami ze strony Zamawiającego:

Pytanie:

Proszę o odpowiedź czym podyktowany jest wymóg zastosowania wzorców szklanych w maszynie pomiarowej?

Odpowiedź Zamawiającego - Wymóg zastosowania linałów szklanych został podyktowany koniecznością zapewnienia następujących parametrów technicznych charakterystycznych dla linałów szklanych:

- 1. Współczynnika rozszerzalności cieplnej.*
- 2. Współczynnika pojemności cieplnej materiału z jakiego zostały wykonane linały.*

Oba te współczynniki są ważne dla Zamawiającego ze względu na zmienne warunki temperaturowe otoczenia pracy maszyny. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej rozwiązania równoważne w stosunku do linałów szklanych.

W przypadku złożenia oferty zawierającej rozwiązanie równoważne Zamawiający dokona oceny tej oferty pod względem spełnienia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym na etapie oceny ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Jacek Wojtan